

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, GC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

2,4,6-Trichloorfenoel	0.01	Chloorbufam	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	0.01
2,4-D-Methylester	0.01	Chloordaan	Q 0.01	Dichlooraniline (3,5-)	0.01
2,6-Dichloorbenzamide	0.01	Chloordecon	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	0.01
2-Fenylhydrochinon	0.01	Chloofenapyr	Q 0.01	Dichloorprop-methyl	0.01
Acetochloor	0.01	Chloofenson	0.01	Dichlorovos	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloofenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q 0.01	Dichlorofen	0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chloofluazuron	0.01	Diclobutrazool	Q 0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chloormefos	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Alachloor	0.01	Chlooroxuron	0.02	Dicloran	Q 0.01
Aldrin	Q 0.01	Chloorprofam	Q 0.01	Dicofol	Q 0.01
Allethrin	0.01	Chloorpropylaat	Q 0.01	Dicrotofos	0.01
Ametoctradin	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q 0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloorthal-dimethyl	Q 0.01	Difenamid	Q 0.01
Amiprophos-Methyl	0.01	Chloorthalonil	0.1	Difenoconazool	Q 0.01
Atrazine	0.01	Chloorthiosfos-sulfon	0.01	Difenoxyuron	0.01
Azaconazool	Q 0.01	Chloorthion	0.01	Difenylamine	Q 0.01
Azinfos-ethyl	Q 0.01	Chlorobenzuron	0.01	Diflubenzuron	0.01
Azinfos-methyl	0.01	Chloroneb	0.01	Diflufenican	0.01
Aziprotryn	0.01	Chlozolinaat	Q 0.01	Dimethachloor	0.01
Azoxystrobine	Q 0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-p	Q 0.01
Barban	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Climbazool	0.01	Dimethirimol	0.01
Benazolin-ethyl	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoaat	Q 0.01
Bendiocarb	0.01	Clofentezine	0.03	Dimethomorf	Q 0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cloquintocet-metyl	0.01	Dimethylvinfos	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Benodanil	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazool	Q 0.01
Benzovindiflupyr	Q 0.01	Crufomaat	0.01	Dinobuton	0.1
Benzoylprop-ethyl	0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Bifenazaat	Q 0.01	Cyanofenos	0.01	Dinoterb	0.01
Bifenox	0.01	Cyanofos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Cycloaat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bifenyl (=difenyl)	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bistrifluron	0.01	Cyfenothrin	0.01	Dipropetryn	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyfluthrin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
Bromocyclen	0.01	Cymiazool	0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromofos-ethyl	Q 0.01	Cypermethrin	Q 0.01	DMSA	0.01
Bromofos-methyl	Q 0.01	Cyproconazool	Q 0.01	DMST	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DNOC	0.01
Bromoxynil-octanoaat	0.01	Cyprofuram	0.01	Dodemorf	Q 0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Dazomet	0.01	Edifenfos	0.01
Broompropylaat	Q 0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-alfa	Q 0.01
Bupirimaat	0.02	DDD (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-sultaat	Q 0.01
Butachloor	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endrin	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	EPN	Q 0.01
Butylaat	0.01	DDT (p,p)	0.01	Epoxiconazool	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DEET	Q 0.01	EPTC	0.01
Captan	0.03	Deltamethrin	Q 0.01	Etaconazool	0.01
Carbaryl	Q 0.01	Demeton-O	0.01	Ethalfurlalin	0.01
Carbofenothion	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Ethiofencarb	0.01
Carbofuran	Q 0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethion	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.02	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Ethofumesaat	Q 0.01
Carbofuran-fenol	0.02	Desmetryn	Q 0.01	Ethofumesaat, 2-keto	0.01
Chinomethionaat	0.01	Dialifos	0.01	Ethoprofos	Q 0.01
Chloor-3-Methylfenol	0.01	Diallaat	0.01	Ethoxyquin	0.02
Chlooraniline (3-)	0.01	Diazinon	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Chloorbenzide	0.01	Dichlobenil	Q 0.01	Etoxazool	0.02
Chloorbenzilaat	Q 0.01	Dichlofenthion	Q 0.01	Etridiazool	Q 0.01
Chloorbromuron	0.01	Dichlofluanide	0.01	Etrimfos	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, GC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Famofos (Famfur)	0.01	Fosalon	Q 0.01	Methopreen	0.01
Famoxadone	Q 0.02	Fosfamidon	0.01	Methoptryne	0.01
Fenamifos	0.01	Fosmet	Q 0.01	Methoxychlor	Q 0.01
Fenarimol	Q 0.01	Fosthiazaat	0.01	Metobromuron	Q 0.01
Fenazaquin	0.01	Fuberidazool	0.01	Metolachloor-S	Q 0.01
Fenbuconazool	Q 0.01	Furalaxyd	Q 0.01	Metolcarb	0.01
Fenchlorofos	0.01	Furathiocarb	Q 0.01	Metrafenon	Q 0.01
Fenhexamide	0.05	Furmecyclox	0.01	Metribuzin	Q 0.02
Fenithrothion	Q 0.01	Halfenprox	0.01	Mevinfos	Q 0.01
Fenmedifam	0.01	Haloxifop-ethoxyethyl	Q 0.01	Mirex	Q 0.01
Fenobucarb	0.01	Haloxifop-p-methyl	Q 0.01	Monalide	0.01
Fenothrin	Q 0.01	HCH-alfa	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenoxyprop-p	0.01	HCH-beta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenoxy carb	Q 0.01	HCH-delta	0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q 0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Heptachloor	Q 0.01	Naled	0.01
Fenpropidin	0.01	Heptachloorepoxide	Q 0.01	Napropamide	0.01
Fenpropimorf	Q 0.01	Heptenofos	Q 0.01	Nitralin	0.01
Fenson	0.01	Hexachloor-1,3-butadien	0.01	Nitrapyrine	0.01
Fensulfothion	0.01	Hexachloorbenzeen	Q 0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Hexaconazool	Q 0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenthion	Q 0.01	Hexaflumuron	0.01	Norflurazon	0.01
Fenthion-sulfoxide	Q 0.01	Hexazinon	0.01	Nuarimol	Q 0.01
Fenthoaat	Q 0.01	Hexythiazox	0.01	Ofurace	0.01
Fenuron	0.01	Imazalil	Q 0.1	Orbencarb	0.01
Fenvaleraat	Q 0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Orizalin	0.01
Fenylfenol-2	0.01	Indoxacarb	Q 0.01	Oxadiargyl	0.02
Fipronil	Q 0.01	Ioxynil methyl	0.01	Oxadiazon	Q 0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Ioxynil octanoaat	0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Fipronil-sulfide*	Q 0.01	Iprobenfos	Q 0.01	Oxycarboxin	0.01
Fipronil-sulfone	Q 0.01	Iprodion	Q 0.01	Oxychloordaan	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Iprovalicarb	Q 0.01	Oxyfluorfen	Q 0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isazofos	0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isodrin	0.01	Paraoxon	0.01
Fluazifop-p-butyl	0.01	Isofenfos	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fluazinam	0.04	Isofenfos-methyl	Q 0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Flubendiamide	Q 0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Fluchloralin	0.01	Isoprocarb	0.01	Pebulaat	0.01
Flucycloxuron	0.01	Isoprothiolane	0.01	Penconazool	Q 0.01
Flucythrinaat	Q 0.01	Isoproturon	0.01	Pencycuron	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Joodfenfos	0.01	Pentachlooraniline	Q 0.01
Flufenoxuron	0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Pentachlooranisole	Q 0.01
Flufenzin	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q 0.01	Pentachloorbenzeen	0.01
Flumethrin	0.01	Lenacil	0.01	Pentachloofenol	0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluometuron	0.01	Lufenuron	Q 0.01	Permethrin	Q 0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Malaoxon	0.01	Perthaan	0.01
Fluotrimazool	0.01	Malathion	Q 0.01	Picolinafen	Q 0.01
Fluquinconazool	Q 0.01	Mecarbam	Q 0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flurenol-butyl	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Piperonyl-butoxide	Q 0.01
Flurochloridon	0.01	Mefosfolan	0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Fluroxypyr-1-methyl	0.01	Mepanipyrim	Q 0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Flusilazool	Q 0.01	Mepronil	Q 0.01	Pirimifos-ethyl	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Pirimifos-methyl	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Metamitron	0.01	Prochloraz	Q 0.1
Fluvalinaat (tau-)	Q 0.01	Metazachloor	Q 0.01	Procymidon	Q 0.01
Folpet	0.05	Metconazool	Q 0.01	Profam	0.04
Fonofos	Q 0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Profenos	Q 0.01
Foraat	0.01	Methacrifos	0.01	Profluralin	Q 0.01
Foraat-sulfon	0.01	Methidathion	Q 0.01	Profoxydim-lithium	0.01
Foraat-sulfoxide	Q 0.02	Methiocarb	Q 0.01	Promecarb	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, GC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Prometryn	0.01	Quintozeen	Q	0.01	Tetramethrin	0.01
Propachloor	0.01	Quizalofop-ethyl		0.01	Tetrasul	0.01
Propachloor, 2-OH	0.01	Resmethrin		0.01	Thiabendazool	Q 0.1
Propafos	0.01	S 421		0.01	Thiobencarb	0.01
Propanil	0.01	Sethoxydim		0.01	Thiocyclam	0.01
Propargiet	Q 0.01	Silafluofen		0.01	Thiometon	0.01
Propazine	0.01	Silthiofam		0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Propetamfos	0.01	Simazin	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propiconazool	Q 0.01	Spirodiclofen		0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propoxur	Q 0.01	Spiromesifen		0.01	Tolyfluanide	Q 0.01
Propyzamide	Q 0.01	Spiroxamine		Q 0.01	Tralkoxydim	0.01
Proquinazide	Q 0.01	Sulfotep		Q 0.01	Transfluthrin	0.01
Prosulfocarb	0.02	Sulprofos		0.01	Triadimefon	Q 0.01
Prothiosfos	Q 0.01	Tebuconazool		Q 0.01	Triadimenol	Q 0.01
Prothoaat	0.01	Tebufenpyrad		Q 0.01	Triallaat	0.01
Pyracarbolid	0.01	Tebupirimfos		0.01	Triamifos	0.01
Pyraclofos	0.01	Tebuthiuron		0.01	Triazamaat	0.01
Pyraflufen-ethyl	Q 0.01	Tecnazeen		Q 0.01	Triazofos	Q 0.01
Pyrazofos	Q 0.01	Teflubenzuron		Q 0.01	Trichloronaat	0.01
Pyrethrinen	0.1	Tefluthrin		Q 0.01	Tricyclazool	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Tepraloxydim		0.01	Trietazine	0.01
Pyridaben	Q 0.01	Terbacil		0.01	Trifenmorf	0.01
Pyridafenthion	Q 0.01	Terbufos		Q 0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyridalyl	Q 0.01	Terbufos-sulfon		Q 0.01	Triflumizool	0.01
Pyrifenoxy	Q 0.02	Terbumeton		0.01	Trifluralin	Q 0.01
Pyrimethanil	Q 0.01	Terbutylazine		0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyriproxyfen	0.01	Terbutryn		0.01	Vernolaat	0.01
Pyroquilon	0.01	Tetrachlooorvinfos		Q 0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Quinalfos	Q 0.01	Tetraconazool		Q 0.01	Zoxamide	Q 0.01
Quinoxifen	Q 0.01	Tetradifon		Q 0.03	Zwavel*	0.5

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, LC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftaleenazijnzuur	0.5	Carbofuran-3-OH	0.01	Dinotefuran	0.01
1-Naphthaleneacetamide	0.01	Carbosulfan	0.01	Dipropetryn	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q 0.01	Disulfoton	0.1
2,4-D	0.01	Carfentrazone-ethyl	0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
2,4-DB	0.05	Carpropamide	Q 0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
2,4-Dimethylaniline	0.01	Chloorbromuron	Q 0.01	Dithianon	0.01
2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide	0.01	Chloorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q 0.01	Diuron	Q 0.01
4-Chloorfenoxyazijnzuur	0.01	Chloorfluazuron	0.01	DMSA	0.01
Abamectine	Q 0.01	Chloorporifos-ethyl	Q 0.01	DMST	0.01
Acefaat	0.01	Chloorporifos-methyl	0.01	Dodemorf	Q 0.01
Acequinocyl	0.01	Chloorthiamide	0.01	Dodine	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chloorthiosfos	0.01	Emamectin	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloortoluron	0.01	EPN	0.02
Acibenzolarzuur	0.1	Chlorantraniliprole	0.01	Epoxiconazool	Q 0.02
Alachloor	0.05	Chlordinemform	0.01	Etaconazool	0.05
Alanycarb	0.01	Chloridazon	0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb	0.01	Chlorobenzuron	0.01	Ethiofencarb-sulfon	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chromafenozide	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide	0.01
Aldicarb-sulfoxide	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethion	Q 0.01
Ametoctradin	0.01	Clethodim	0.01	Ethiprole	0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazool	0.1	Ethirimol	0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop	0.01	Ethofumesaat	Q 0.01
Anilazin	0.05	Clofentezine	Q 0.01	Ethoprofos	Q 0.01
Anilosfos	0.01	Clomazone	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Asulam	0.05	Clothianidin	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Atrazine	Q 0.01	Cyantraniliprole	0.01	Etoxazool	0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Cyazofamide	0.01	Famoxadone	Q 0.05
Azaconazool	Q 0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamidone	0.01
Azadirachtin	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamifos	Q 0.01
Azamethifos	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamifos-sulfon	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamide	0.01	Fenamifos-sulfoxide	0.01
Azinfos-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenarimol	0.01
Azoxystrobine	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin	0.05	Fenazaquin	Q 0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbuconazool	Q 0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cyproconazool	Q 0.01	Fenbutatinoxide	0.01
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q 0.01	Fenchloofos-oxon	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cyromazin	0.01	Fenhexamide	Q 0.01
Bentazon	0.01	Cythioaat	0.01	Fenisofam	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.05	Fenithrothion	Q 0.03
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Fenkaption	0.05
Bifenazaat	0.01	Desmedifam	0.01	Fenmedifam	Q 0.01
Bifenazaat diazene	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenothrin	Q 0.01
Bispyribac	0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenoxy carb	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Dicamba	0.02	Fenpicoxamide	0.01
Bixafen	Q 0.01	Dichlofluanide	0.01	Fenpropidin	0.01
Boscalid	Q 0.01	Dichloorprop	0.02	Fenpropimorf	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01	Fenpyrazamin	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorfen	0.01	Fenpyroximaat	0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Diclobutrazool	Q 0.01	Fensulfothion	0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Diclofop	0.05	Fensulfothion-oxon	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dicrotofos	0.01	Fensulfothion-oxon-sulfone	0.01
Butafenacil	0.01	Diethofencarb	Q 0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Butocarboxim	0.05	Difenoconazool	Q 0.01	Fenthion	Q 0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Difethialone	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butocarboxim-sulfoxide	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfone	0.01
Buturon	0.01	Dimethenamid-p	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide	0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimethirimol	0.01	Fenthion-sulfone	0.01
Captafol	0.1	Dimethoaat	Q 0.01	Fenthion-sulfoxide	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethomorf	Q 0.01	Fentin	0.05
Carbendazim	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Carbetamide	Q 0.01	Dinicconazool	Q 0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbofuran	Q 0.01	Dinocap	0.1	Flonicamid	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, LC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Flonicamid-TFNA	0.05	Isouron	0.01	Paraoxon	0.01
Flonicamid-TFNG	0.05	Isoxaben	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Florasulam	0.01	Isoxaflutool	0.01	Penconazool	Q 0.01
Fluazifop	0.01	Isoxathion	0.01	Pencycuron	Q 0.01
Fluazifop-p-butyl	0.01	Kresoxim-methyl	Q 0.01	Penflufen	0.01
Fluazinam	0.01	Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	0.01	Penoxsulam	0.01
Flubendiamide	Q 0.01	Lenacil	0.01	Picoxystrobin	Q 0.01
Flubenzimine	0.01	Linuron	0.01	Pinoxaden	0.01
Flufenacet	Q 0.01	Lufenuron	0.01	Piperalin	0.01
Flufenacet alcohol	0.01	Malaoxon	Q 0.01	Piperonyl-butoxide	Q 0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Malathion	Q 0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Flumethrin	0.1	Mandipropamid	Q 0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Matrine*	0.05	Pirimifos-methyl	Q 0.01
Fluometuron	0.01	MCPA	0.01	Prochloraz	Q 0.01
Flupyrim	0.01	MCPB	0.05	Profenofos	Q 0.01
Fluoxastrobin	0.01	Mecoprop	0.01	Propachlor ESA	0.1
Flupyradifurone	0.01	Mefenacet	0.01	Propamocarb	0.01
Fluquinconazool	Q 0.01	Mefosolan	0.01	Propaquizafop	0.01
Flurprimidool	0.05	Mepanipyrim	Q 0.01	Propargiet	Q 0.01
Flusilazool	Q 0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl	0.01	Propiconazool	Q 0.01
Fluthiacet-methyl	0.05	Mepronil	Q 0.01	Propoxur	Q 0.01
Flutolanil	Q 0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Propoxycarbazone	0.01
Flutriafol	Q 0.01	Mesotriione	0.01	Propyzamide	Q 0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metaflumizone	0.01	Proquinazide	Q 0.01
Foraat	0.01	Metalaxyl	Q 0.01	Prosulfocarb	0.01
Foraat-sulfon	Q 0.03	Metamifop	0.01	Prosulfuron	0.01
Foraat-sulfoxide	Q 0.01	Metazachloor	Q 0.01	Prothiocarb	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Metconazool	Q 0.01	Prothioconazool-destho	Q 0.01
Formetanaat	0.05	Methamidofos	0.01	Pymetrozine	0.01
Formothion	0.01	Methidathion	0.01	Pyraclostrobin	Q 0.01
Fosalon	Q 0.01	Methiocarb	Q 0.01	Pyridaat	0.01
Fosfamidon	0.01	Methiocarb-sulfon	0.01	Pyridaat CL 9673	0.01
Fosmet	0.01	Methiocarb-sulfoxide	0.01	Pyridaben	Q 0.01
Fosmetoxon	0.01	Methomyl	0.01	Pyridafenthion	Q 0.01
Fosthiazaat	Q 0.01	Methoxyfenozide	Q 0.01	Pyrifenoxy	Q 0.07
Foxim	0.01	Metobromuron	Q 0.01	Pyrimethanil	Q 0.01
Furathiocarb	0.01	Metoxuron	0.01	Pyrimidifen	0.01
Halofenozide	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Pyriofenone	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Milbemectin	0.05	Pyriproxyfen	Q 0.01
Haloxyfop	Q 0.01	Molinaat	0.01	Pyroxslam	0.01
Heptenofos	Q 0.01	Monocrotofos	Q 0.01	Quinalflos	Q 0.01
Hexaconazool	Q 0.01	Monolinuron	Q 0.01	Quinclorac	0.01
Hexythiazox	Q 0.01	Monuron	0.01	Quinmerac	0.01
Hymexazol	0.1	Myclobutanil	Q 0.01	Quinoclamine	0.01
Imazalil	Q 0.01	Napropamide	Q 0.01	Rimsulfuron	0.01
Imazamox	0.01	Naptalam	0.01	Rotenon	0.01
Imazapic	0.01	Neburon	0.01	Saflufenacil	0.02
Imazapyr	0.01	Nicosulfuron	0.01	Sedaxane	0.01
Imazaquin	0.01	Nitenpyram	0.01	Spinetoram	0.01
Imazethapyr	0.01	Novaluron	0.01	Spinosad	Q 0.01
Imibenconazool	0.01	Nuarimol	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01
Imidacloprid	Q 0.01	Omethoaat	0.01	Spiromesifen	Q 0.01
Indaziflam	0.01	Orizalin	0.1	Spirotetramat	0.01
Indoxacarb	Q 0.01	Orthosulfamuron	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Oxadixyl	Q 0.01	Spirotetramat-enol-glucoside	0.01
Ioxylin	0.01	Oxamyl	Q 0.01	Spirotetramat-ketohydroxy	0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oxamyl-oxim	0.01	Spirotetramat-monohydroxy	0.01
Iprovalicarb	Q 0.01	Oxasulfuron	0.01	Spiroxamine	Q 0.01
Isocarbofos	0.05	Oxathiapipronil	0.01	Sulcotriione	0.01
Isoprothiolane	Q 0.01	Oxycarboxin	Q 0.01	Sulfamethoxazol	0.01
Isoproturon	Q 0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Sulfentrazone	0.01
Isopyrazam	0.01	Paclbutrazol	Q 0.01	Sulfosulfuron	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control

Analyselijst gewas, SPV A124, LC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Sulfoxaflor	0.01	Thiodicarb	0.05	Trichloofon	0.01
Tebuconazool	Q 0.01	Thiofanaat-methyl	0.01	Triclopyr	0.05
Tebufenozide	Q 0.01	Thiofanox	0.01	Tricyclazool	0.01
Tebufenpyrad	Q 0.01	Thiofanox-sulfon	0.01	Tridemorf	0.01
Teflubenzuron	Q 0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Tembotrione	0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Triflumizool	Q 0.01
TEPP	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01	Triflumizool amino	0.01
Terbufos	Q 0.05	Tolfenpyrad	0.01	Triflumuron	Q 0.01
Terbufos-sulfon	Q 0.01	Tolyfluaniide	0.01	Triflusulfuron methyl	0.01
Terbufos-sulfoxide	Q 0.01	Topramezone	0.01	Triforine	0.05
Terbutylazine	0.01	Tralkoxydim	0.01	Triticonazool	0.01
Tetraconazool	Q 0.01	Triadimefon	Q 0.01	Tritosulfuron	0.01
Thiabendazool	Q 0.01	Triapenthanol	0.01	Uniconazool	0.01
Thiabendazool-5-OH*	0.01	Triasulfuron	0.01	Valifenalaat	0.01
Thiacloprid	Q 0.01	Triazamaat	0.01	Vamidothion	Q 0.01
Thiamethoxam	Q 0.01	Triazofos	Q 0.01	Zoxamide	Q 0.01
Thidiazuron	0.01	Triazoxide	0.01		
Thiencarbazone-methyl	0.01	Tribenuron-methyl	0.01		

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control



Analyselijst gewas, SPV A124, herbiciden aanvullend

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

2,4,5-T	0.005	Difenoxuron	0.01	Metolachloor-S	0.01
2,4-D	0.005	Diflufenican	0.01	Metosulam	0.01
2,4-DB	0.005	Dimefuron	0.01	Metoxuron	0.01
Aclonifen	0.01	Dimethachloor	0.01	Metribuzin	0.01
Alachloor	0.01	Dimethenamid-p	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01
Alloxydim	0.005	Dinoseb	0.01	Molinaat	0.01
Ametryn	0.01	Dinoterb	0.01	Monalide	0.01
Amidosulfuron	0.01	Dipropetryn	0.01	Monolinuron	0.01
Aminopyralid	0.01	Dithianon	0.01	Monuron	0.01
Anilofos	0.01	Diuron	0.01	Naftylazijnzuur, 1-	0.01
Asulam	0.01	DNOC	0.01	Napropamide	0.01
Atrazine	0.01	EPTC	0.01	Neburon	0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Ethidimuron	0.01	Nitralin	0.01
Atrazine-desisopropyl	0.01	Ethofumesaat	0.01	Nitrofen	0.01
Aziprotryn	0.01	Fenmedifam	0.01	Norflurazon	0.01
Barban	0.01	Fenoprop	0.005	Orbencarb	0.01
Benflubutamid	0.01	Fenoxyprop-p	0.01	Oxadiargyl	0.01
Benfluralin	0.01	Fenuron	0.01	Oxadiazon	0.01
Bentazon	0.005	Flamprop-M-isopropyl	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01	Paclobutrazol	0.01
Benzoylprop-ethyl	0.01	Florasulam	0.01	Pebulaat	0.01
Bifenox	0.01	Fluazifop	0.005	Pendimethalin	0.01
Bromacil	0.01	Fluazifop-p-butyl	0.01	Pentachlooranisole	0.01
Bromoxynil	0.005	Fluazinam	0.005	Pentachloorenol	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Fluchloralin	0.01	Picloram	0.01
Bromoxynil-octanoaat	0.01	Flufenacet	0.01	Picolinafen	0.01
Butafenacil	0.01	Flufenacet alcohol	0.01	Profam	0.01
Butralin	0.01	Flumioxazin	0.01	Profluralin	0.01
Buturon	0.01	Fluometuron	0.01	Profoxydim-lithium	0.01
Butylaat	0.01	Flurenol-butyl	0.01	Prometryn	0.01
Carbetamide	0.01	Fluridon	0.01	Propachloor	0.01
Carfentrazone-ethyl	0.01	Flurochloridon	0.01	Propanil	0.01
Chloorbromuron	0.01	Fluroxypyrr	0.005	Propaquizafop	0.01
Chloorbefam	0.01	Fluroxypyrr-1-methyl	0.01	Propazine	0.01
Chlooroxuron	0.02	Flurprimidool	0.01	Propiconazool	0.01
Chlooprofam	0.01	Flurtamone	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Chloorthal-dimethyl	0.01	Fluthiacet-methyl	0.01	Propyzamide	0.01
Chloorthiamide	0.01	Forchlorfenuron	0.01	Prosulfocarb	0.01
Chloortoluron	0.01	Haloxyfop	0.005	Prosulfuron	0.01
Chloridazon	0.01	Hexazinon	0.01	Pyraflufen-ethyl	0.01
Cinmethylin	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Pyridaat	0.01
Clethodim	0.01	Imazaquin	0.01	Pyridaat CL 9673	0.01
Clodinafop	0.01	Imazethapyr	0.01	Quinmerac	0.01
Clodinafop-propargyl	0.01	Iodosulfuron-methyl	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01
Clomazone	0.01	Ioxynil	0.005	Rimsulfuron	0.01
Clopyralid	0.01	Isoproturon	0.01	Sebutylazine	0.01
Cloquintocet-mexyl	0.01	Isoxaben	0.01	Sethoxydim	0.01
Cyanazin	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.02	Simazin	0.01
Cyclanilide	0.01	Isoxaflutool	0.01	Sulcotriione	0.01
Cycloaat	0.01	Lenacil	0.01	Tebutam	0.01
Cycloxydim	0.01	Linuron	0.01	Tebuthiuron	0.01
Cyhalofop-butyl	0.01	MCPA	0.005	Tepraloxydim	0.01
Daminozide	0.01	MCPB	0.005	Terbacil	0.01
Desmedifam	0.01	Mecoprop	0.005	Terbumeton	0.01
Desmetryn	0.01	Mefenacet	0.01	Terbutylazine	0.01
Diallaat	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Terbutylazine-desethyl	0.01
Dicamba	0.01	Mesotriione	0.01	Terbutryn	0.01
Dichlobenil	0.01	Metamitron	0.01	Thiobencarb	0.01
Dichloorprop	0.005	Metazachloor	0.01	Topramezone	0.01
Diclofop	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Tralkoxydim	0.01
Diclofop-methyl	0.01	Methoprotryne	0.01	Triallaat	0.01
Difenamid	0.01	Metobromuron	0.01	Triapenthensol	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control



Analyselijst gewas, SPV A124, herbiciden aanvullend

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Tribenuron-methyl	0.01	Trifluralin	0.01	Uniconazool	0.01
Triclopyr	0.005	Triflusulfuron methyl	0.01	Vernolaat	0.01
Trietazine	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01		

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Groen Agro Control



Analyselijst gewas, specifieke analyses

Versie 5, geldig vanaf 24-02-2020

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Amitrole		LC-MS/MS, A135	0.05
Chloormequat (CCC), Mepiquat		LC-MS/MS, A100	0.01
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.05
Dithiocarbamaten Somparameter van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, als CS2, A066	0.05 CS2
Ethefon		GC-FID, als etheen, A080	0.05
Ethefon		LC-MS/MS, A101	0.05
Fosethyl-aluminium Fosforgt zuur		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Glyfosaat, Glufosinaat AMPA		LC-MS/MS, A132	0.01 0.05
Perchloraat, Chloraat		LC-MS/MS, A130	0.01
Quaternaire ammoniumverbindingen Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8)		LC-MS/MS, A103	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd